



Mantova, 14 luglio 2023

Fasc. n. 2023/143/0 – CL. 1.06.03

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 98924346C8

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI DIAGNOSTICA EMATOLOGICA OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA), ALL'ASST DI CREMONA ED ALL'ASST DEL GARDA (MANDANTI)

CHIARIMENTI 2

8) **Quesito:** Nella tabella del paragrafo FABBISOGNI ANNUI PRESUNTI – c) ASST DEL GARDA – All. P2 Disciplinare, per l'HUB Presidio Ospedaliero di Desenzano, sono richieste Numero apparecchiature diagnostiche: 2.

Si conferma che tale richiesta è prioritaria rispetto a quanto riportato nel punto b) del paragrafo 3.5.1 - PRESIDIO HUB dell'All. P1 Disciplinare:

"La cadenza analitica minima complessiva dovrà essere di almeno 300 emocromi/ora comprensiva di formula leucocitaria, escluso il conteggio dei reticolociti. Qualora la produttività richiesta sia garantita dalla fornitura di più analizzatori, questi dovranno essere configurati in un unico sistema automatico;"

Risposta: Si precisa che nel caso non sia garantita la cadenza analitica richiesta di almeno 300 emocromi/ora dovrà essere fornito un numero di strumentazioni maggiore di 2 per l'HUB Presidio Ospedaliero di Desenzano

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Cesarino Panarelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.