

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - AVVISO RICOGNITIVO

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con sede in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova, intende procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., all'acquisizione di un servizio di manutenzione, indicativamente a decorrere dal 1/7/2017 e sino al 30/06/2019, con possibilità di estensione a tutto il 2019, per il sistema di RIS-PACS in uso presso l'Azienda di seguito descritto.

Attualmente il sistema installato è composto da un sistema RIS denominato RA 2000 della ditta Siemens healthcare s.r.l., un sistema PACS Syngo imaging della ditta Siemens healthcare s.r.l., un sistema di refertazione ecocardiografica denominato syngo Dynamics, un sistema per la distribuzione dei CD ai pazienti denominato CD patient, un sistema di archiviazione legale sostitutiva denominato EQUIPE LEGAL ARCHIVE, un sistema di elaborazione avanzata multimodale syngo VIA. Tutti i sistemi installati si intendono perfettamente integrati con gli applicativi aziendali e regionali.

Tale manutenzione dovrà garantire gli aggiornamenti necessari al fine di migliorare le politiche di sicurezza, e la Business continuity:

La manutenzione richiesta prevede, a sua volta, l'aggiornamento dei software del Server Storage attualmente in uso, nonché la manutenzione degli stessi. La ditta dovrà inoltre di garantire la corretta fase di migrazione dei dati su nuova eventuale nuova piattaforma hardware messa a disposizione dall'ASST di Mantova mantenendo la Business continuity.

L'acquisizione di una nuova piattaforma hardware per lo storage da parte dell'ASST si è resa necessaria al fine di garantire le mutate esigenze in termini di carico digitale annuale e di flusso aziendale.

Il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse è così sintetizzato:

- 1) Manutenzione RIS con aggiornamenti anche evolutivi
- 2) Adeguamento alla direttiva euratom 59/2013
- 3) Aggiornamento Archivio che preveda:
 - Interfaccia utente syngo comune a tutti i software
 - Migrazione realizzata senza avere interruzioni sull'accesso ai dati pregressi
 - Migrazione che permette la customizzazione delle regole di migrazione esami in relazione a performance/tipo esame/modalità
 - Report esatto dei dati migrati con evidenziazione dei casi "non andati a buon fine" accompagnate dalle motivazioni e possibili azioni finalizzate al recupero
 - Impatto nullo sull'utenza del servizio di radiologia
 - Evoluzione delle funzioni di distribuzione in tecnologia Web zero footprint
 - Aggiornamento a ultima versione del PACS installato e aggiornamenti futuri
- 4) Il PACS deve garantire compatibilità con la piattaforma di tipo VMWare
- 5) Il passaggio su nuovo hardware dovrà richiedere un fermo minimo dell'attività lavorativa con RPO=0

- 6) Upgrade syngo.via Breastcare con almeno 4 licenze d'uso contemporanee, estensione manutenzione syngo.via fino al 30/06/2019;
- 7) Adeguamento ed estensione del Sistema di monitoraggio del RIS-PACS;
- 8) Manutenzione 1/7/2017- 30/06/2019, con possibilità di estensione sino al 31/12/2019.
- 9) Aggiornamento/estensione sistema Syngo dynamics con almeno 2 licenze contemporanee con funzionalità di refertazione emodinamica
- 10) Manutenzione delle componenti accessorie a completamento del sistema descritto.
- 11) Assistenza tecnica h24x7 sul sistema RIS/PACS
- 12) Formazione aggiornamento per tutti gli utenti, compresa predisposizione di materiale multimediale aggiornato;
- 13) Costante aggiornamento e formazione sia su RIS che PACS, per i 'system administrator'

Qualora un'impresa sia interessata al servizio di che trattasi è pregata di inserire sulla Piattaforma Sintel, entro le h. 12,00 del giorno 01/06/2017, una dichiarazione di interesse all'erogazione del servizio, con descrizione dettagliata delle modalità tecniche dello stesso.

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di scelta del contraente per l'erogazione del servizio richiesto, e non deve contenere alcuna quotazione economica.

Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, ritirare o sospendere la procedura in oggetto, qualora lo ritenga opportuno o necessario nell'interesse dell'Ente, senza che i richiedenti possano avanzare pretese o diritti di sorta nonché chiedere eventuali chiarimenti ritenuti necessari o eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Per ogni eventuale chiarimento di ordine tecnico l'impresa interessata potrà rivolgersi al responsabile del Servizio di Fisica sanitaria dell'ASSST, dott. Giampietro Barai, tel. 0376 464906, mail: giampietro.barai@asst-mantova.it.

Mantova, 16/05/2017

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-ECONOMALE E DEI SERVIZI

Dott. Alberto Bassi

