



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 1315 del 21/11/2023

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI URINOMETRI CON SACCA 2 LITRI ALLA DITTA CLINI-LAB AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA**

Determina n. 1315 del 21/11/2023

Fascicolo 62/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1979/2023

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CESARINO PANARELLI il 21/11/2023 12:54:30 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2023 / 1315 del 21/11/2023



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che è necessario provvedere alla fornitura di "Urinometri con sacca 2 litri" occorrenti a vari reparti di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, che recita "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA";

RICHIAMATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario per l'anno 2023 adottate con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

PRECISATO che il materiale di cui trattasi è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che in data 16/03/2023 si è provveduto a richiedere ad ARIA S.p.A, con nota agli atti, l'autorizzazione all'espletamento della procedura autonoma e che la stessa, nella medesima data, ha autorizzato lo svolgimento della stessa con la clausola, da indicare

Determina n. 1315 del 21/11/2023

Fascicolo 62/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1979/2023



nella lettera d'invito, di recesso nel caso di attivazione di Convenzioni ARIA aventi ad oggetto la fornitura degli Urinometri con sacca 2 litri;

DATO ATTO che trattasi di Dispositivi per i quali non sono al momento attive Convenzioni di ARIA SpA e/o di CONSIP SpA;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito nella L. n. 120 del 11/09/2020, come modificato dall'art. 51 del DL 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella L. 29/07/2021, n. 108 che prevede in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) quale soglia di riferimento per l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi le cui procedure siano avviate entro il 30 giugno 2023, un importo inferiore a € 139.000,00;

RITENUTO pertanto di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, al fine di garantire il rispetto dei principi tutti di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs n.50/2016 richiamati anche dalla normativa sopra citata;

DATO ATTO che l'indizione della suddetta procedura risulta autorizzata nell'ambito della programmazione degli acquisti di dispositivi medici, prodotti di diagnostica di laboratorio e anatomia patologica, farmaci e altri beni sanitari di importo inferiore a € 139.000,00, adottata con decreto n. 52 del 19/01/2023, ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con delibera n. 1087 del 27 dicembre 2018;

DATO ATTO delle motivazioni legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui alle precitate disposizioni, che per il caso di specie sono riconducibili a quanto di seguito indicato:

- ⌚ il valore economico presunto delle forniture di affidamento al netto dell'Iva è inferiore a € 139.000,00;
- ⌚ il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione dei contraenti snello e semplificato, che non prevede requisiti di partecipazione eccessivi;
- ⌚ i principi della correttezza, di pubblicità, di libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati attraverso la pubblicazione sulla piattaforma regionale Sintel di una richiesta di preventivo visibile a tutti gli operatori economici ivi registrati;

PRECISATO che il criterio di aggiudicazione stabilito è quello prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs.50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche

Determina n. 1315 del 21/11/2023

Fascicolo 62/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1979/2023



standardizzate, previo giudizio di idoneità espresso insindacabilmente da questa ASST, in considerazione dell'utilizzo previsto, della conformità dei prodotti ai requisiti richiesti e della congruità dell'offerta economica presentata, anche tenuto conto della valutazione della campionatura presentata

DATO ATTO che, come risulta dalla documentazione agli atti:

- il 31 marzo 2023, è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel e sul sito internet aziendale la richiesta di offerta per la fornitura della durata di 36 mesi di "Urinometri con Sacca 2 litri" ai sensi dell'art.1, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n.120 /2020 e s.m.i.;
- è stata invitata a presentare offerta la Ditta Benefis Srl;
- successivamente alla pubblicazione della richiesta d'offerta, hanno chiesto di essere invitati i seguenti operatori economici: Sanimed Srl, F.A.S.E.Srl, Far-Med Sebina Srl, Medical Lume Srl, Medline International Italy Srl, Unipersonale, B Braun Milano S.p.A., Teleflex Medical Srl, Clini-Lab Srl, Becton Dickinson Italia S.p.A., Claber Srl;

RICHIAMATO l'art. 226 comma 2 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del quale le disposizioni del DLgs n. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso al 1° luglio 2023;

DATO ATTO che erano state richieste le seguenti caratteristiche tecniche per la fornitura sopra citata:

- ⌚ *Raccordo per catetere biconico universale, con valvola antireflusso per evitare il ritorno di urina nel catetere vescicale.*
- ⌚ *Punto prelievo urina con valvola ad accesso senza ago.*
- ⌚ *Tube di drenaggio munito di:*
 - *doppio lume per drenaggio continuo dell'urina verso la camera.*
 - *buona flessibilità e lunghezza di almeno 140-150 cm.*
 - *morsetto per clampaggio a graduale a scatti*
 - *sistema anti-inginocchiamento nel punto di raccordo alla camera di raccolta urina.*
- ⌚ *Camera di raccolta urina:*
 - *rigida, munita di filtro antibatterico da 5 micron, idrofobico per consentire l'ingresso di aria anche dopo aver posizionato orizzontalmente la camera.*
 - *Dotata di tre scomparti per misurazione urina con numeri facilmente leggibili*
 - *sistema di svuotamento di facile utilizzo*
- ⌚ *Sacca di raccolta:*
 - *capacità di 2000ml*
 - *con valvola antireflusso nella connessione con la camera*

Determina n. 1315 del 21/11/2023

Fascicolo 62/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1979/2023



- dotata di rubinetto di svuotamento nella parte inferiore con sistema cilindrico e non a clamp con buon adattamento a raccordi conici di altre sacche per svuotamento della stessa
- ⌚ Sistema di fissaggio: due cinghie forate laterali alla camera e un gancio flessibile centrale nella parte posteriore della camera;

DATO ATTO che, contestualmente alla richiesta di offerta, si è provveduto a richiedere alle Ditte concorrenti la presentazione di una campionatura dei dispositivi offerti, ai fini della valutazione dell'idoneità degli stessi;

DATO ATTO che entro il 18 aprile 2023 ore 12:00 – termine previsto per la presentazione delle offerte – sono pervenute le seguenti offerte da parte delle ditte di seguito indicate:

- ⌚ Becton Dickinson S.p.A. – Milano (MI) per € 22.500,00;
- ⌚ Medical Lume Srl- Roma (RM) per € 23.985,00;
- ⌚ Teleflex Medical Srl- Varedo (MB) per € 26.325,00;
- ⌚ Benefis Srl- Genova (GE) per € 32.400,00;
- ⌚ F.A.S.E. Srl- Bisceglie (BT) per € 36.000,00;
- ⌚ B.Braun Milano S.p.A. -Milano (MI) per € 47.250,00;
- ⌚ Far Med Sebina Srl- Iseo (BS) per € 48.150,00;
- ⌚ Clini-Lab Srl- Conselve (PD) per € 48.600,00;

VISTA la valutazione espressa dal Dott. Gianluca De Giuli, come risulta dalla nota in atti del 31.07.2023, che esprime la seguente valutazione:

- ⌚ Becton Dickinson S.p.A.-Offerta non idonea in quanto il dispositivo offerto non è un urinometro, come richiesto, ma una sacca di raccolta urine a circuito chiuso;
- ⌚ Medical Lume Srl-Offerta non idonea in quanto il dispositivo offerto presenta le seguenti criticità tali da determinarne la inidoneità:
 - non è antireflusso come richiesto nella Richiesta di Offerta;
 - la lunghezza del Tubo di drenaggio è di 120 cm e non di almeno 140 cm come richiesto;
 - l'altezza della camera rigida è alta tanto da avvicinarsi troppo al pavimento dove viene urtata con le calzature durante l'assistenza;
 - in caso di spostamento del dispositivo è facile che l'urina della camera rigida si riversi nella sacca di raccolta involontariamente perché la prima non è dotata di un sistema manuale per lo svuotamento;
- ⌚ Teleflex medical Srl - Offerta non idonea in quanto il dispositivo offerto non è dotato di gancio fisso ma solo di fascette di fissaggio laterali e all'apertura l'operatore deve fissare la camera rigida alla sacca di raccolta;

Determina n. 1315 del 21/11/2023

Fascicolo 62/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1979/2023



- ⌚ Benefis Srl - Offerta non idonea in quanto l'urinometro offerto presenta il tubo di drenaggio da 120 cm e non da almeno 140 cm come previsto dalla lettera d'invito;
- ⌚ F.A.S.E. Srl - Offerta non idonea in quanto il dispositivo offerto presenta una sacca di raccolta non compatibile con le altre sacche per lo svuotamento e costringe l'utilizzo di recipienti aperti con il rischio di spandimento e contaminazione;
- ⌚ B.Braun Milano S.p.A.-Offerta non idonea in quanto il dispositivo offerto presenta problemi di svuotamento dopo qualche giorno e il tubo di drenaggio da 120 cm e non di almeno 140 cm come richiesto;
- ⌚ Far Med Sebina Srl- Offerta non idonea in quanto l'urinometro offerto presenta il tubo di drenaggio da 120 cm e non da almeno 140 cm come richiesto;
- ⌚ Clini-Lab—offerta idonea;

RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura di "Urinometri con sacca 2 litri" alla Ditta Clini-Lab Srl, che, per quanto di importo economico superiore, è risultata idonea, in relazione allo specifico utilizzo da parte della varie Strutture interessate;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa accessoria presentata dalle ditte ammesse ed in particolare la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che ha comportato l'ammissione della Ditta stessa;

CONSIDERATO che, con riferimento al fabbisogno stimato e dell'offerta pervenuta, il costo presunto della fornitura per il periodo di 36 mesi è determinabile in € 48.600,00 (Iva esclusa), così come riportato nel prospetto allegato al presente atto (Allegato);

RISCONTRATO che l'aggiudicazione in oggetto alle predette condizioni di fornitura comporta, a parità di consumi, una maggiore spesa presunta annua pari ad € 10.500,00 Iva esclusa tenuto conto di una spesa storica annua pari a € 5.700,00 (Iva esclusa);

RITENUTO infine di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e secondo le indicazioni della Direzione Generale, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dirigente farmacista della Struttura complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, Dott.ssa Letizia Corbari, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

Determina n. 1315 del 21/11/2023

Fascicolo 62/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1979/2023



DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di "Urinometri con sacca 2 Litri" alla ditta Clini-Lab Srl, per il periodo dal 18/11/2023 al 17/11/2026 come da prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
2. di dare atto che l'affidamento della fornitura in oggetto comporta, relativamente ai dispositivi indicati una spesa complessiva presunta pari ad € 59.292,00 Iva inclusa a inclusa, da conteggiare sui conti economici n. 80102535 dei Bilanci 2023, 2024, 2025 e 2026, come nella tabella sottostante:

FORNITURA-DITTA-CIG	BILANCIO	C/ECONOMICO 80102535	TOTALE
URINOMETRI CON SACCA 2 LITRI DITTA: CLINI-LAB SRL CIG 9751134A54	2023	€ 1.647,00	€ 59.292,00
	2024	€ 19.764,00	
	2025	€ 19.764,00	
	2026	€ 18.117,00	

3. di autorizzare la stipula del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

Determina n. 1315 del 21/11/2023

Fascicolo 62/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1979/2023



4. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e secondo le indicazioni della Direzione Generale, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dirigente farmacista della Struttura complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, Dott.ssa Letizia Corbari, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 1315 del 21/11/2023

Fascicolo 62/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1979/2023



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Mantova

FORNITURA DI URINOMETRI CON SACCA 2 LITRI

CIG : 9751134A54		DITTA: CLINI-LAB SRL														
DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA nel periodo	NOME COMMERCIALE E CODICE DEL PRODOTTO OFFERTO	Codice prodotto	Produttore	U.M.	Confezionamento da	NUMERO PEZZI CONTENUTI NELLA CF. MINIMA DI VENDITA	CODICE CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)	Numero Repertorio DM	PREZZO UNITARIO DI IVA ESCLUSIVA	Aliquota IVA	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CON IVA	CODICE POMA VECCHIO	CODICE POMA NUOVO	
URINOMETRI CON SACCA 2LT	4.500	Q500 Plus / Cod. 15810121 con supporti a corredo	15810121	Well Lead Medical Co. LTD.	PZ	10 pz	10	A06030301	In fase di registrazione	10,80 €	22%	€ 48.600,00	€ 59.292,00	139985	139985	
TOTALE													€ 48.600,00	€ 59.292,00		