



RELAZIONE CONCLUSIVA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

ai sensi art.36 comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016

NUMERO PROCEDURA: P2020/OSP_63

OGGETTO: Fornitura di n. 1 Centrifuga Refrigerata da pavimento occorrente al Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mantova

DESTINAZIONE: Ospedale

CIG - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: Z482D0A6C2

CUP: n.d.

DATA E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA: 24/07/2020 - PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA (Affidamento diretto previa richiesta di preventivi)

DITTE CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA:

• Montepaone Srl di San Mauro Torinese	€ 8.240,00 iva esclusa
• Sintak Srl di Corsico (Mi)	€ 9.984,44 iva esclusa
• Ahsi Spa di Bernareggio (MB)	€ 10.980,00 iva esclusa
• Hettich Italia Srl di Milano	€ 13.422,58 iva esclusa
• VWR International Srl di Milano	€ 16.720,00 iva esclusa

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 13/08/2020

FINANZIAMENTO: DGR n. XI/2468

VALUTAZIONE

La presente procedura viene annullata in quanto nessuna ditta ha presentato un'offerta tecnicamente idonea a quanto richiesto.

Viste le note, conservate in atti, con le quali l'Ing. Lucio Attolini, Responsabile della Struttura di Ingegneria Clinica della ASST di Mantova, ha verificato l'idoneità tecnica delle apparecchiature offerte, dalle quali emerge quanto segue:

- a. la ditta Montepaone Srl, prima classificata in ordine di prezzo, ha offerto una centrifuga modello Magnus 22R con rotore RT277 e set 4 cestelli RE348 che non risulta tecnicamente idonea in quanto non rispondente a tutti i requisiti tecnici minimi ed obbligatori richiesti nella Scheda Caratteristiche Tecniche (Allegato n.1), e precisamente:
 - configurazione punto a): non risulta presente il coperchio per il rischio biologico della camera;
 - requisiti punto 10: non è dotata di 4 ruote piroettanti frenabili ma di piedini fissi;
- b. la ditta Sintak Srl, seconda classificata, ha offerto una centrifuga modello Loreena RF con rotore RX750 e 4 cestelli CEB750 che non risulta tecnicamente idonea in quanto non rispondente a tutti i requisiti tecnici minimi ed obbligatori richiesti nella Scheda Caratteristiche Tecniche (Allegato n.1) e precisamente:
 - configurazione punto a): non risulta presente il coperchio per il rischio biologico della camera bensì sono stati offerti i cestelli con copertura da rischio biologico (esclusi al punto c);
- c. la ditta Ahsi Spa, terza classificata, ha offerto una centrifuga modello Heraeus Multifuge X3FR che non risulta tecnicamente idonea in quanto non rispondente a tutti i requisiti tecnici minimi ed obbligatori richiesti nella Scheda Caratteristiche Tecniche (Allegato n.1) e precisamente:
 - configurazione punto a): non risulta presente il coperchio per il rischio biologico della camera;



- d. *la ditta Hettich Italia Srl, quarta classificata, ha offerto una centrifuga modello Rotanta 460 RF che non risulta tecnicamente idonea in quanto non rispondente a tutti i requisiti tecnici minimi ed obbligatori richiesti nella Scheda Caratteristiche Tecniche (Allegato n.1) e precisamente:*
- *configurazione punto a): non risulta presente il coperchio per il rischio biologico della camera*
- e. *la ditta VWR International Srl, quinta classificata, ha offerto una centrifuga modello Heraeus Multifuge X3FR che non risulta tecnicamente idonea in quanto non rispondente a tutti i requisiti tecnici minimi ed obbligatori richiesti nella Scheda Caratteristiche Tecniche (Allegato n.1):*
- *configurazione punto a): non risulta presente il coperchio per il rischio biologico della camera*

Pertanto, sulla base di tali valutazioni circa l'idoneità tecnica delle offerte tecniche pervenute, la presente procedura non può essere aggiudicata in quanto nessuna ditta concorrente ha presentato un'offerta tecnicamente idonea pienamente rispondente ai requisiti tecnici richiesti.

CONVENZIONI ATTIVE CONSIP: NO

CONVENZIONI ATTIVE AZIENDA REGIONALE ACQUISTI : NO

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: *Dr. Cesarino Panarelli*

RESPONSABILE PROCEDURA: *Silvia Righi - tel. 0376/464897*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Cesarino Panarelli

Mantova, 09/12/2020

L'originale della presente relazione SOTTOSCRITTO è depositato in atti