



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Mantova, 21 agosto 2014

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – AVVISO RICOGNITIVO

Il presente documento di consultazione del mercato ha l'obiettivo di:

- garantire la massima e più diffusa pubblicità delle iniziative di acquisto al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
- avere la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati.

L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, con sede legale in Mantova, Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova, intende procedere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, all'affidamento della fornitura di un sistema analitico completo per la genotipizzazione del papilloma virus (HPV), per il riconoscimento della fibrosi cistica e le sue mutazioni e per l'identificazione dei micobatteri atipici con metodica in biologia molecolare occorrente al Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, Presidio Ospedaliero di Mantova.

Le caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie sono specificate nella nota tecnica allegata (Allegato n. 1).

Qualora un'Impresa disponga di sistemi analitici equivalenti e sia interessata alla fornitura di cui trattasi è pregata di inviare, entro le ore 12:00 del giorno 8 settembre 2014, la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di interesse alla fornitura;
- 2) schede tecniche e depliant della strumentazione proposta, con indicazione del modello, del produttore, delle caratteristiche tecniche, dei numeri CND e dei numeri di Repertorio;
- 3) elenco completo dei reagenti e dei consumabili dedicati, con le relative schede tecniche e di sicurezza ed eventuali depliant con indicazione dei numeri CND e dei numeri di Repertorio;
- 4) copie delle certificazioni CE di quanto offerto.

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre la data sopra indicata al seguente indirizzo e-mail: garecontratti@aopoma.it. L'oggetto della comunicazione dovrà essere: "AVVISO ESPLORATIVO per la fornitura di un sistema analitico completo per la genotipizzazione del papilloma virus (HPV), per il riconoscimento della fibrosi cistica e le sue mutazioni e per l'identificazione dei micobatteri atipici con metodica in biologia molecolare".

IL RESPONSABILE
STRUTTURA FUNZIONE ACQUISTI
Dott. Cesarino Panarelli

L'invio ai recapiti indicati nel presente avviso implica il consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il referente del procedimento: Sig.ra Lorella Ruggeri

☎ 0376/464899



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Allegato n. 1

Fornitura di un sistema analitico completo per la genotipizzazione del papilloma virus (HPV), per il riconoscimento della fibrosi cistica e le sue mutazioni e per l'identificazione dei micobatteri atipici con metodica in biologia molecolare.

- Le tre metodiche devono poter essere eseguite sulla stessa piattaforma .
- I reattivi per HPV devono presentare un controllo di idoneità del campione tramite la ricerca di acido nucleico cellulare e un sistema di decontaminazione specifico (UNG o analoghi) per la prevenzione del *carry-over*.
- Per HPV e Fibrosi cistica la strumentazione deve permettere la lettura automatizzata dei risultati per consentirne un'interpretazione oggettiva ed un software per l'archiviazione dei risultati, e per la produzione di un report per ogni paziente
- La genotipizzazione per HPV deve poter identificare almeno 25 genotipi tra quelli ad alto e basso rischio
- La ricerca delle mutazione della Fibrosi cistica deve possedere una *detection rate* dell'85% circa per la popolazione di riferimento del Laboratorio ed essere in grado di effettuare la tipizzazione del locus PolyT, ma con possibilità di esclusione dello stesso locus dall'analisi. Le mutazioni/variazioni identificate devono essere descritte sia secondo le Linee Guida dell'Humana Genome Variation Society sia secondo la nomenclatura corrente (Legacy name).
- Identificazione dei micobatteri deve poter riconoscere almeno 15 differenti specie di micobatteri da coltura liquida e solida

Fabbisogni annui previsti:

ESAMI	FABBISOGNO TEST ANNUI	SEDUTE ANALITICHE
Genotipizzazione del Papilloma Virus (HPV)	n. 100	1/15 gg
Mutazione della Fibrosi Cistica	n. 420	1/7gg
Identificazione dei Micobatteri Atipici con metodica in biologia molecolare	n. 30	Al bisogno

Il fabbisogno annuo indicato nel prospetto è comprensivo dei controlli.

La durata del contratto sarà di anni 3 (tre) più 1 (uno).